



BEAR Medic Corporation

Yushima BEAR-Bldg.,Yushima2-31-24,Bunkyo-ku,Tokyo

113-0034,JAPAN

TEL 03-3818-4041 FAX 03-3818-4042

株式会社ベアーメディック

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-24 湯島ベアービル

TEL 03-3818-4041 FAX 03-3818-4042

2022年11月吉日

お客様各位

株式会社ベアーメディック

東京都文京区湯島 2-31-24

TEL : 03-3818-4041

製品のラベル変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、厚生労働省から令和4年9月13日付けで発出された通知に伴い、日頃ご使用、御取扱い頂いております製品のラベル変更を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。

対象となる製品は滅菌済みステンレススーチャーワイヤー、滅菌済みチタンワイヤー縫合糸、及び骨接合用ステンレスワイヤーの3種類となります。

現行製品との変更点は製品個包装ラベル毎に製造識別子（バーコード）を印字することといたしました。新たな製品ラベルへの変更の時期につきましては、12月1日の製造分から順次切り替えていく予定でございます。暫くの間現在の製品ラベルと混在することになりますが、何卒ご理解賜りたく存じます。

変更となる製品ラベルにつきましては、下記画像にてご確認いただきますようお願い申し上げます。まずは略儀ながら、書面にて御案内申し上げます。

敬具



記

【変更内容】

- ・製品個包装毎に製造識別子（バーコード）を印字いたします。


【対象製品】

- ・滅菌済みステンレススーチャーワイヤー（JSW04-5M～JSW12-5M）
- ・滅菌済みチタンワイヤー縫合糸（30ZT04ST-1～30ZT12ST-1、50ZT08ST-1～50ZT12ST-1）
- ・骨接合用ステンレスワイヤー（20SU11-10～75SU22-10）
- ・ " " （SUP11Z05H-45～SUP40Z11H-75、SUT13Z05H-45～SUT30Z03H-75）

現行品




変更品



製造識別子
(バーコード)

現行品



変更品



製造識別子
(バーコード)



現行品



変更品



製造識別子
(バーコード)

現行品



変更品



製造識別子
(バーコード)