電動
ミニドリル
ドライバー

オートクレーブ滅菌対応



株式会社ベアーメディック

■セット内容

1. 本体
2. アタッチメント(ドライバービット2本)
3. ハンドドライバー専用ケース内
4. バッテリー(別包装)

※滅菌方法
・オートクレーブ滅菌



商品コード：4710C（ケース）


《セット内容詳細》

■本体



商品コード：BD35

1. 全長(バッテリー装着)：170(197)mm
2. 重さ(バッテリー装着)：230(270)g
3. トルクリミッター：0.3Nm
4. 電圧低下LED：電圧低下時に点滅。
   装置は停止しない。
5. 滅菌：オートクレーブ滅菌



■バッテリー



商品コード：B-PACK

1. 構成：2CR5+専用カバー
2. 材質：リチウム一次電池
3. 電圧：6V
4. バッテリー単回使用
   (EOG滅菌済)

■アタッチメント

1. ドライバービット：2本



商品コード：BDRR2LU

■取扱説明

※ご使用時に、バッテリー、ドライバービットを取り付けてください。
※ご使用後は、本体及びドライバービットは、洗浄後に滅菌処理してください。
※バッテリーは単回使用です。使用後は電極部分をテーピングして医療廃棄物として処理してください。

届出番号：13B1X10348000002

株式会社ベアーメディック
本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル
TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042
その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。
http://www.bearmedic.co.jp/

2022.07.200